

Результаты проведенных проверок за период с 01.05.2015 по 11.06.2015.

1. Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тривес», Санкт-Петербург.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения:

- отсутствие адреса места производства в регистрационном удостоверении на медицинское изделие;
- несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

2. Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БиоВитрум» Санкт-Петербург.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения:

- отсутствие адреса места производства в регистрационном удостоверении на медицинское изделие;
- несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

3. Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДКОР», г. Екатеринбург.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание, составлен протокол.

4. Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении Закрытое акционерное общество «ДЕЛЬРУС медицинская компания», г. Екатеринбург.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения:

- недостоверные сведения в договоре пользования техническими средствами с целью осуществления технического обслуживания медицинской техники;
- выявлено медицинское изделие с недостоверными сведениями на маркировке и сопроводительной документации (инструкции по применению) в части комплектации и номера регистрационного удостоверения.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание, составлен протокол.